





PRIJAVA OBRATOVANJA DELOVNE OPREME / IZVAJANJA EKSPERIMENTA S POVEČANIM TVEGANJEM IZVEN DELOVNEGA ČASA

Št. prostora: prostor P046, ki ima vhod iz prostora P045, ta pa iz prostora P043		Trajanje prijave: <input checked="" type="checkbox"/> stalno <input type="checkbox"/> začasno – datum začetka: _____ datum konca: _____	
Navedba delovne opreme ali kratek opis postopka: V prostoru P046 se nahaja hladilnik SAXS, ki je povezan in hladi RTG generator sistema SAXS v prostoru P045. RTG generator naj bi se v primeru izklopa hladilnika SAXS sicer izklopil sam, a z vidika preprečitve možne okvare sistema SAXS, je bolj naravna predhodna zaustavitev RTG generatorja v prostoru P045 s pritiskom na rdečo varnostno tipko na njem oziroma odklopom elektrike v prostoru P045.			
Vrsta nevarnosti: <input type="checkbox"/> uporaba nevarnih kemikalij <i>(izpolni srednji stolpec →)</i> <input type="checkbox"/> uporaba neznanih kemikalij <input type="checkbox"/> delo pri povišanem tlaku <input type="checkbox"/> delo pri znižanem tlaku <input type="checkbox"/> delo pri povišani temperaturi <input type="checkbox"/> delo pri znižani temperaturi <input type="checkbox"/> delo pod visoko napetostjo <input type="checkbox"/> elektromagnetno sevanje <input type="checkbox"/> delo z viri sevanj <input checked="" type="checkbox"/> drugo: RTG aparat v prostoru P045		Uporaba nevarnih kemikalij - navesti seznam s količinami:	
		Uporaba energenta/napeljave: <input type="checkbox"/> digestorij <input type="checkbox"/> odsesovalna napa <input checked="" type="checkbox"/> elektrika <input type="checkbox"/> zemeljski plin <input type="checkbox"/> voda <input checked="" type="checkbox"/> deionizirana voda <input type="checkbox"/> teh. plini: _____ <input type="checkbox"/> stisnjen zrak <input type="checkbox"/> drugo: _____	
Specifične nevarnosti ob izrednem dogodku:			
V primeru izrednega dogodka je dovoljen izklop vseh zgoraj označenih energentov/napeljave: <input checked="" type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne, vklopljen mora ostati: _____ . Obvezna je navedba osebe in tel. št., dosegljive 24 h: _____			
Morebitni specifični postopki ob izrednem dogodku: Po možnosti pred izklopom kontaktirati skrbnika laboratorija izr. prof. dr. Matija Tomšiča (041 608 604) ali vodjo laboratorija prof. dr. Andreja Jamnika (031 631 497), sicer pa s pritiskom na rdečo varnostno tipko na RTG generatorju v prostoru P045 izklopiti generator in šele nato odklopiti elektriko v prostoru P046.			
Prijavo izpolnil (<i>ime in priimek</i>): izr. prof. dr. Matija Tomšič		Datum in podpis: 20.06.2017 	
Prijavo pregledal vodja laboratorija (<i>ime in priimek</i>): prof. dr. Andrej Jamnik		Datum in podpis: 20.06.2017 	
Prijavo odobril predstojnik katedre (<i>ime in priimek</i>): prof. dr. Andrej Jamnik		Datum in podpis: 20.06.2017 