



PRIJAVA OBRATOVANJA DELOVNE OPREME / IZVAJANJA EKSPERIMENTA S POVEČANIM TVEGANJEM IZVEN DELOVNEGA ČASA

Št. prostora: prostor P047, ki ima vhod iz prostora P043		Trajanje prijave: <input checked="" type="checkbox"/> stalno <input type="checkbox"/> začasno – datum začetka: _____ datum konca: _____	
Navedba delovne opreme ali kratak opis postopka: V prostoru P047 se nahaja instrument 3D-DLS spektrometer, ki pogosto avtomatsko obratuje tudi izven delovnega časa (čez noč in čez konec tedna). V primeru izrednega dogodka se lahko inštrument preprosto ugasne z izklopom električne energije v prostoru – inštrument ne potrebuje drugih energentov za svoje delovanje.			
Vrsta nevarnosti: <input type="checkbox"/> uporaba nevarnih kemikalij <i>(izpolni srednji stolpec →)</i> <input type="checkbox"/> uporaba neznanih kemikalij <input type="checkbox"/> delo pri povišanem tlaku <input type="checkbox"/> delo pri znižanem tlaku <input type="checkbox"/> delo pri povišani temperaturi <input type="checkbox"/> delo pri znižani temperaturi <input type="checkbox"/> delo pod visoko napetostjo <input type="checkbox"/> elektromagnetno sevanje <input type="checkbox"/> delo z viri sevanj <input checked="" type="checkbox"/> drugo: delo s He-Ne laserjem		Uporaba nevarnih kemikalij - navesti seznam s količinami:	
		Uporaba energenta/napeljave: <input type="checkbox"/> digestorij <input type="checkbox"/> odsesovalna napa <input checked="" type="checkbox"/> elektrika <input type="checkbox"/> zemeljski plin <input type="checkbox"/> voda <input type="checkbox"/> deionizirana voda <input type="checkbox"/> teh. plini: _____ <input type="checkbox"/> stisnjen zrak <input type="checkbox"/> drugo: _____	
Specifične nevarnosti ob izrednem dogodku: V povezavi s 3D-DLS spektrometrom ob izrednem dogodku nekih prepoznanih specifičnih nevarnosti ni – laser v spektrofotometru se ob odvzemu električne energije ugasne.			
V primeru izrednega dogodka je dovoljen izklop vseh zgoraj označenih energentov/napeljave: <input checked="" type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne, vklopljen mora ostati: _____. Obvezna je navedba osebe in tel. št., dosegljive 24 h: _____			
Morebitni specifični postopki ob izrednem dogodku: Specifičnih postopkov ni. Odvzem električne energije popolnoma zaustavi instrument 3D-DLS spektrometer.			
Prijavo izpolnil (<i>ime in priimek</i>): izr. prof. dr. Matija Tomšič		Datum in podpis: 20.06.2017 <i>Matija Tomšič</i>	
Prijavo pregledal vodja laboratorija (<i>ime in priimek</i>): prof. dr. Vojeslav Vlachy		Datum in podpis: 20.06.2017 <i>VL</i>	
Prijavo odobril predstojnik katedre (<i>ime in priimek</i>): prof. dr. Andrej Jamnik		Datum in podpis: 20.06.2017 <i>A. Jamnik</i>	